

Certificado de Qualidade

Certificate of Analysis

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090075K

ITEM / ITEM: 107102 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1071021037

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 31-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

ITEM / ITEM: 107162 - GRANEL BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 / BILIRUBIN AUTO TOTAL BULK R1

LOTE / LOT: 1071621054

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 11-02-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, LEVEMENTE OPACO / CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH, SLIGHTLY OPALESCENT	CONFORME
2	ODOR / ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME
3	pH (25° ± 1°C) R1	0.70 / 0.90	CONFORME
4	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm (R1)	0.00 / 0.03	CONFORME
5	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm (R1 + R2)	0.00 / 0.03	CONFORME
6	TRULAB N - LOTE / LOT: 12335 (mg/dL)	1.06 / 1.86	1.49
7	TRULAB P - LOTE / LOT: 12336 (mg/dL)	4.48 / 7.64	6.26

ITEM / ITEM: 107163 - GRANEL BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R2 / BILIRUBIN AUTO TOTAL BULK R2

LOTE / LOT: 1071631054

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 11-02-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, AMARELO À LEVEMENTE VERMELHO / CLEAR, YELLOW TO SLIGHT RED	CONFORME
2	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME
3	pH (25° ± 1°C) R2	0.80 / 1.00	CONFORME
4	ABSORBÂNCIA À / ABSORBANCE AT: 546 nm (R1 + R2)	0.00 / 0.03	CONFORME

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade

Certificate of Analysis

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090075K

ITEM / ITEM: 107102 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1071021037

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 31-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

5	TRULAB N - LOTE / LOT: 12335 (mg/dL)	1.06 / 1.86	1.49
6	TRULAB P - LOTE / LOT: 12336 (mg/dL)	4.48 / 7.64	6.26

ITEM / ITEM: 107209 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 20ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 20ML

LOTE / LOT: 1072091031

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 31-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

ITEM / ITEM: 107210 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R2 15ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R2 15ML

LOTE / LOT: 1072101031

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 31-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.

/

ITEM / ITEM: 107102 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1071021037

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE: 31-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE: 31-08-2011

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade
Certificate of Analysis

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML
BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:1090075K

ITEM / ITEM: 107102 - BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMAÇÃO) R1 3X20ML + R2 1X15ML / BILIRUBIN AUTO TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1071021037

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:31-05-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.
/

DATA DA APROVAÇÃO: 31-05-2010 12:48
APPROVAL DATE:

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br