

CERTIFICADO DE ANÁLISE

BILIRRUBINA TOTAL KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1090250K
APRESENTAÇÃO: R1 5x40mL + R2 1x50mL

KIT
Lote 1071031048
Data de Fabricação 31/03/2010
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 1
Lote 1072111041
Data de Fabricação 16/12/2009
Data de validade 30/06/2011

REAGENTE 2
Lote 1072121041
Data de Fabricação 16/12/2009
Data de validade 30/06/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor a amarelado, levemente opalescente	Conforme
	R2: Límpido, amarelo a levemente vermelho	Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: 0.80 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme
	R2: 0.90 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: 0.00 - 0.03	Conforme
	R1 + R2: 0.00 - 0.03	Conforme
TESTE FUNCIONAL		
SORO CONTROLE		
	TruLab N Lote 12335 1.46 mg/dL 1.06 – 1.86 mg/dL	1.35 mg/dL
	Trulab P Lote 12336 6.06 mg/dL 4.48 – 7.64 mg/dL	6.42 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 14/04/2010