

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## Alfa - AMILASE G7 KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 2080075K  
APRESENTAÇÃO: R1 3x20mL + R2 1x15mL

KIT  
Lote 1079301036  
Data de Fabricação 12/03/2010  
Data de validade 31/10/2011

REAGENTE 1  
Lote 1079311030  
Data de Fabricação 2/11/2009  
Data de validade 31/10/2011

REAGENTE 2  
Lote 1079331032  
Data de Fabricação 2/11/2009  
Data de validade 31/10/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor R2: Límpido, levemente amarelado	Conforme Conforme
ODOR	R1: Sem odor característico R2: Sem odor característico	Conforme Conforme
pH	R1: $7.15 \pm 0.1$ ( $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ) R2: $7.15 \pm 0.1$ ( $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	Conforme Conforme
ABSORBÂNCIA à 405 nm	R1: 0.00 - 0.03 R1 + R2: 0.02 - 0.10	Conforme Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE TruLab N: (Lote 9964) 72.0 U/L 57.6 – 86.4 U/L  Trulab P: (Lote 11383) 250 U/L 200 – 300 U/L	73.6 U/L  248.3 U/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 24/03/2010