

CERTIFICADO DE ANÁLISE

IgA Kovalent

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4020050K
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT

Lote 1076650810
Data de Fabricação 27/10/2008
Data de validade 31/03/2011

REAGENTE

Lote 107675083
Data de Fabricação 10/06/2008
Data de validade 31/03/2011

PADRÃO

Lote 108002084
Data de Fabricação 22/08/2008
Data de validade 31/10/2012

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726075) 203 mg/dL 173 - 234 mg/dL	195.58 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 28/10/2008