

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### IgA Kovalent

**Nº DO CÓDIGO INTERNO:** 4020050K  
**APRESENTAÇÃO:** R 2x25mL + 1x1mL Padrão

**KIT**

**Lote** 1076650912  
**Data de Fabricação** 20/1/2009  
**Data de validade** 31/3/2011

**REAGENTE**

**Lote** 107675083  
**Data de Fabricação** 10/6/2008  
**Data de validade** 31/3/2011

**PADRÃO**

**Lote** 107657087  
**Data de Fabricação** 30/6/2008  
**Data de validade** 30/6/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726075 ) 203 mg/dL 173 - 234 mg/dL	195.58 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22-01-2009