

CERTIFICADO DE ANÁLISE

IgA Kovalent

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4020050K
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 1076650914
Data de Fabricação 25/06/2009
Data de validade 31/03/2011

REAGENTE
Lote 107675094
Data de Fabricação 31/03/2008
Data de validade 31/03/2011

PADRÃO
Lote 107657099
Data de Fabricação 31/10/2008
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726097) 203 mg/dL 173 - 234 mg/dL	204,7 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 06/07/2009