

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### IgA Kovalent

**Nº DO CÓDIGO INTERNO:** 4020050K  
**APRESENTAÇÃO:** R 2x25mL + 1x1mL Padrão

**KIT**  
Lote 1076650917  
Data de Fabricação 16/12/2009  
Data de validade 30/06/2012

**REAGENTE**  
Lote 107675095  
Data de Fabricação 30/06/2009  
Data de validade 30/06/2012

**PADRÃO**  
Lote 1076570910  
Data de Fabricação 31/10/2008  
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726097 ) 203 mg/dL 173 - 234 mg/dL	205.7 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 04/01/2010