

CERTIFICADO DE ANÁLISE

IgA Kovalent

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4020050K
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 1076651018
Data de Fabricação 16/06/2010
Data de validade 30/04/2013

REAGENTE
Lote 107675106
Data de Fabricação 16/06/2010
Data de validade 30/04/2013

PADRÃO
Lote 1076571011
Data de Fabricação 31/10/2008
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 1077261010) 226 mg/dL 192 - 260 mg/dL	224 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade

Andrea A. S. Silva

Data: 24/06/2010