

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### IgA Kovalent

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4020050K  
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

**KIT**  
Lote 1076651019  
Data de Fabricação 18/06/2010  
Data de validade 30/04/2013

**REAGENTE**  
Lote 107675106  
Data de Fabricação 16/06/2010  
Data de validade 30/04/2013

**PADRÃO**  
Lote 1076571011  
Data de Fabricação 31/10/2008  
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 1077261010 ) 226 mg/dL 192 - 260 mg/dL	224 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 24/06/2010