

Certificado de Qualidade

Certificate of Analysis

CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML
CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2020075K

ITEM / ITEM: 107080 - CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1070801052

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:29-06-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

ITEM / ITEM: 107168 - GRANEL CK-NAC R1 / CK-NAC BULK R1

LOTE / LOT: 1071681063

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:02-02-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	APARÊNCIA / APPEARANCE R1	LÍMPIDO, INCOLOR / CLEAR, COLOURLESS	CONFORME
2	ODOR / ODOUR R1	SUAVE (TIOL) / SLIGHT SMELL (THIOL)	CONFORME
3	pH (25° ± 1°C) R1	5.90 / 6.10	CONFORME
4	pH (37° ± 1°C) R1 + R2	6.40 / 6.60	CONFORME
5	ABSORBÂNCIA Å / ABSORBANCE AT: 340 nm (R1)	0.10 / 0.28	CONFORME
6	ABSORBÂNCIA Å / ABSORBANCE AT: 340 nm (R1 + R2)	0.10 / 0.40	CONFORME
7	TRULAB N - LOTE / LOT: 12335 (U/L)	99.2 / 149	118.9
8	TRULAB - P LOTE / LOT: 12336 (U/L)	353 / 529	423.1

ITEM / ITEM: 107169 - GRANEL CK-NAC R2 / CK-NAC BULK R2

LOTE / LOT: 1071691063

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:02-02-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem Order	PONTO DE INSPECAO CHECKPOINT	VALOR DE REFERÊNCIA TARGET VALUES	RESULTADO RESULT
		MIN. / MÁX.	
1	APARÊNCIA / APPEARANCE R2	LÍMPIDO, INCOLOR / CLEAR, COLOURLESS	CONFORME
2	ODOR / ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO / NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME
3	pH (25° ± 1°C) R2	8.90 / 9.10	CONFORME
4	pH (37° ± 1°C) R1 + R2	6.40 / 6.60	CONFORME
5	ABSORBÂNCIA Å / ABSORBANCE AT: 340 nm (R1 + R2)	0.10 / 0.40	CONFORME
6	TRULAB N - LOTE / LOT: 12335 (U/L)	99.2 / 149	118.9
7	TRULAB - P LOTE / LOT: 12336 (U/L)	353 / 529	423.1

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade Certificate of Analysis

CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML
CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2020075K

ITEM / ITEM: 107080 - CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1070801052

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:29-06-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

ITEM / ITEM: 107301 - CK-NAC R1 20ML / CK-NAC R1 20ML

LOTE / LOT: 1073011045

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:29-06-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.
/

ITEM / ITEM: 107302 - CK-NAC R2 15ML / CK-NAC R2 15ML

LOTE / LOT: 1073021048

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:29-06-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.
/

ITEM / ITEM: 107080 - CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1070801052

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:29-06-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

Características Críticas:

Critical Features:

Ordem PONTO DE INSPECAO
Order CHECKPOINT

VALOR DE REFERÊNCIA
TARGET VALUES

RESULTADO
RESULT

MIN. / MÁX.
/

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br

Certificado de Qualidade
Certificate of Analysis

CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML
CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

CÓD. INTERNO / INTERNAL CODE:2020075K

ITEM / ITEM: 107080 - CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML / CK-NAC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT: 1070801052

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURE DATE:29-06-2010

VALIDADE / EXPIRY DATE:31-08-2011

DATA DA APROVAÇÃO: 29-06-2010 12:41

APPROVAL DATE:

KOVALENT DO BRASIL LTDA

RUA CRISTOVAO SARDINHA, 110 - BAIRRO JARDIM BOM RETIRO

SAO GONCALO - RJ - Brasil - CEP 24722-350

CNPJ: 04.842.199/0001-56

21 2623-1367

kovalent@kovalent.com.br

www.kovalent.com.br

Analysis - www.bohm.com.br