

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE ASO

Nº DO PEDIDO: 4060002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle ASO

LOTE

Kit: 107756082
Controle: 107754082

DATA DE FABRICAÇÃO

Kit: 05/03/2008
Controle: 30/04/2007

DATA DE VALIDADE

Kit: 30/04/2012
Controle: 30/04/2012

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle ASO 86 - 116 UI/mL (Lote: 107754082)	101.4 UI/mL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/03/2008