

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE ASO

Nº DO PEDIDO: 4060002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle ASO

KIT:
Lote 107756083
Data de Fabricação 13/05/2008
Data de validade 31/01/2013

Controle
Lote 107754083
Data de Fabricação 31/01/2008
Data de validade 31/01/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle ASO (Lote: 107754083) 100 (85 - 115) IU/mL	98.0 IU/mL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 15/05/2008