

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE ASO

Nº DO PEDIDO: 4060002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle

KIT:
Lote 107756096
Data de Fabricação 13/1/2009
Data de validade 31/7/2013

Controle
Lote 107754085
Data de Fabricação 31/7/2008
Data de validade 31/7/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle ASO (Lote: 107754085) 112 UI/mL 95 - 129 UI/mL	107,5 IU/mL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22/01/2009