

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE ASO

Nº DO PEDIDO: 4060002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle

KIT:
Lote 107756097
Data de Fabricação 13/10/2009
Data de validade 31/12/2013

Controle
Lote 107754096
Data de Fabricação 31/12/2008
Data de validade 31/12/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle ASO (Lote: 107754096) 99 UI/mL 84 - 114 UI/mL	99.34 IU/mL

Departamento de Controle de Qualidade

A



Data: 15/10/2009