

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE ASO

Nº DO PEDIDO: 4060002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle

KIT:
Lote 107756108
Data de Fabricação 12/3/2010
Data de validade 31/12/2013

Controle
Lote 107754108
Data de Fabricação 31/12/2008
Data de validade 31/12/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE	Controle ASO 99 UI/mL 84 - 114 UI/mL	93.68 IU/mL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 14/04/2010