

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CONTROLE PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070002KC  
APRESENTAÇÃO 2x1mL Controle PCR

**KIT:**

Lote 107760084  
Data de Fabricação 27/08/2008  
Data de validade 31/03/2013

**CONTROLE:**

Lote 107751084  
Data de Fabricação 31/03/2008  
Data de validade 31/03/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR (Lote: 107751084 ) 3.52 mg/dL 2.99 - 4.05 mg/dL	3.52 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 27/08/2008