

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE DE MICROALBUMINÚRIA

Nº DO PEDIDO: 4150002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle de Miroalbuminuria

KIT:
Lote 107729093
Data de Fabricação 24/3/2009
Data de validade 31/3/2013

CONTROLE:
Lote 107727093
Data de Fabricação 31/3/2008
Data de validade 31/3/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle Microalbuminúria Lote 107727072 214 mg/L 182 - 246 mg/L	200.4 mg/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 30/03/2009