

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CONTROLE DE MICROALBUMINÚRIA

Nº DO PEDIDO: 4150002KC  
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle de Miroalbuminuria

KIT:  
Lote 107729094  
Data de Fabricação 24/03/2009  
Data de validade 31/12/2013

CONTROLE:  
Lote 107727094  
Data de Fabricação 31/12/2008  
Data de validade 31/12/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle Microalbuminúria Lote 107727094 199 mg/L 165 - 223 mg/L	187.4 mg/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 03/04/2009