

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CONTROLE DE MICROALBUMINÚRIA

Nº DO PEDIDO: 4150002KC  
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle de Miroalbuminuria

KIT:  
Lote 107729095  
Data de Fabricação 28/08/2009  
Data de validade 31/12/2013

CONTROLE:  
Lote 107727095  
Data de Fabricação 31/12/2008  
Data de validade 31/12/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
CONTROLE Recém-Produzido	Controle Microalbuminúria Lote 107727095 194 mg/L 165 - 223 mg/L	190.7 mg/L

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/09/2009