

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CONTROLE DE MICROALBUMINÚRIA

Nº DO PEDIDO: 4150002KC
APRESENTAÇÃO: 2x1mL Controle de Miroalbuminuria

KIT:
Lote 107729096
Data de Fabricação 23/12/2009
Data de validade 31/12/2013

CONTROLE:
Lote 107727096
Data de Fabricação 30/09/2009
Data de validade 30/09/2010

| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|-----------------------------|---|------------|
| CONTROLE Recém-Produzido | Controle Microalbuminúria Lote 107727096 194 mg/L 165 - 223 mg/L | 194.1 mg/L |

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 30/12/2009