

CERTIFICADO DE ANÁLISE

FOSFATO UV KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 3040250K
APRESENTAÇÃO: R1 5x40mL + R2 1x50mL + 1x3mL Padrão

KIT	
Lote	1073921022
Data de Fabricação	30/03/2010
Data de validade	29/02/2012
REAGENTE 1	
Lote	1073941020
Data de Fabricação	25/02/2010
Data de validade	28/02/2012
REAGENTE 2	
Lote	1073981021
Data de Fabricação	25/02/2010
Data de validade	28/02/2012
PADRÃO	
Lote	1073611036
Data de Fabricação	09/12/2009
Data de validade	31/12/2012

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R1: Límpido, incolor	Conforme
	R2: Límpido, incolor	Conforme
	Padrão: Límpido e incolor	Conforme
ODOR	R1: Como derivado de polioxil	Conforme
	R2: Sem odor característico	Conforme
	Padrão: Sem odor característico	Conforme
pH	R1: 0.8 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Conforme
	R2: 4.8 ± 0.1 ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	
	R1 + R2: $0.9 \pm 0.05^{\circ}\text{C}$ ($25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)	
ABSORBÂNCIA à 546 nm	R1: ≤ 0.050	Conforme
	R2: ≤ 0.250	Conforme
TESTE FUNCIONAL	SORO CONTROLE	
	Trulab N: (Lote 12335) 3.46 mg/dL 2.84 – 4.08 mg/dL	3.35 mg/dL
	TruLab P: (Lote 12336) 7.94 mg/dL 6.51 – 9.37 mg/dL	7.57 mg/dL
	PADRÃO	
	5.0 mg/dL $\pm 3\%$	Conforme

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 14/04/2010