

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## ALBUMINA KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 1110060K  
APRESENTAÇÃO: R 1x60mL + 1x3mL Padrão

**KIT**  
Lote 1073680916  
Data de Fabricação 21/12/2009  
Data de validade 30/06/2011

**REAGENTE**  
Lote 1073730913  
Data de Fabricação 21/12/2009  
Data de validade 30/06/2011

**PADRÃO**  
Lote 1073700917 / 1073700918  
Data de Fabricação 19/05/2009  
Data de validade 31/05/2011

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	R: Límpido, verde palha Padrão: Límpido, amarelo palha	Conforme Conforme
ODOR	R: Sem odor característico Padrão: Sem odor característico	Conforme Conforme
pH	4.2 ± 0.1 (25°C ± 1°C)	Conforme
ABSORBÂNCIA à 546 nm	0.1 - 0.35	Conforme
TESTE FUNCIONAL	<b>SORO CONTROLE</b> Trulab N Lote 9964 3.62 g/dL 2.79 – 4.45 g/dL TruLab P Lote 11383 4.32 g/dL 3.33 – 5.31 g/dL <b>PADRÃO</b> 5.0 g/dL ±3%	3.69 g/dL 4.14 g/dL Conforme

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 30/12/2009