

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### IgG Kovalent

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4010050K  
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

**KIT**

Lote 107663099  
Data de Fabricação 07/12/2009  
Data de validade 31/05/2011

**REAGENTE**

Lote 107674094  
Data de Fabricação 31/05/2008  
Data de validade 31/05/2011

**PADRÃO**

Lote 1076570910  
Data de Fabricação 31/10/2008  
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726099 ) 1056 mg/dL 898 - 1215 mg/dL	973 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/12/2009