

CERTIFICADO DE ANÁLISE

IgM KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4030050K
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 107667089
Data de Fabricação 27/10/2008
Data de validade 31/07/2010

REAGENTE
Lote 107676083
Data de Fabricação 26/06/2008
Data de validade 31/07/2010

PADRÃO
Lote 107657087
Data de Fabricação 30/06/2008
Data de validade 30/06/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726074) 133 mg/dL 113 - 153 mg/dL	129.22 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 28/10/2008