

CERTIFICADO DE ANÁLISE

IgM KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4030050K
APRESENTAÇÃO: R 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 1076670912
Data de Fabricação 08/12/2009
Data de validade 31/08/2011

REAGENTE
Lote 107676094
Data de Fabricação 31/08/2008
Data de validade 31/08/2011

PADRÃO
Lote 1076570910
Data de Fabricação 31/10/2008
Data de validade 31/10/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle Multiparamétrico de Proteínas (Lote 107726099) 130 mg/dL 110 - 149 mg/dL	125.9 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/12/2009