

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K
APRESENTAÇÃO: Antisoro 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 1077010811
Data de Fabricação 04/11/2008
Data de validade 30/06/2013

TAMPÃO
Lote 107705087
Data de Fabricação 31/07/2008
Data de validade 31/07/2013

ANTISORO
Lote 107704086
Data de Fabricação 31/07/2008
Data de validade 31/08/2013

PADRÃO
Lote 107750089
Data de Fabricação 30/06/2008
Data de validade 30/06/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR Lote107751085 3.52 mg/dL 2.99 - 4.05 mg/dL	3.43 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/11/2008