

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K
APRESENTAÇÃO: Anticorpo 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT

Lote 1077010924
Data de Fabricação 07/12/2009
Data de validade 30/06/2013

TAMPÃO

Lote 1077050910 / 1077050912 /
1077050913
Data de Fabricação 28/02/2009 / 30/11/2008 /
30/11/2008
Data de validade 28/02/2014 / 30/11/2013 /
30/11/2013

ANTISORO

Lote 1077040911
Data de Fabricação 30/11/2008
Data de validade 30/11/2013

PADRÃO

Lote 1077500914
Data de Fabricação 30/06/2008
Data de validade 30/06/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR Lote 107751097 3.48 mg/dL 2.96 - 4.00 mg/dL	3.55 / 3.49 / 3.44 / 3.39 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 11/12/2009