

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K
APRESENTAÇÃO: Anticorpo 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT	
Lote	1077011026
Data de Fabricação	18/02/2010
Data de validade	30/06/2013
TAMPÃO	
Lote	1077050913
Data de Fabricação	30/11/2008
Data de validade	30/11/2013
ANTISORO	
Lote	1077041012
Data de Fabricação	30/10/2009
Data de validade	30/10/2014
PADRÃO	
Lote	1077500915
Data de Fabricação	30/06/2008
Data de validade	30/06/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL		
	Controle PCR Lote 107751097 3.48 mg/dL 2.96 - 4.00 mg/dL	3.39 mg/dL
	Controle PCR Lote 107751109 3.59 mg/dL 3.05 - 4.13 mg/dL	3.49 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 05/03/2010