

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K
APRESENTAÇÃO: Anticorpo 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 1077011027
Data de Fabricação 18/02/2010
Data de validade 30/06/2013

TAMPÃO
Lote 1077051014
Data de Fabricação 30/12/2009
Data de validade 30/12/2014

ANTISORO
Lote 1077041012
Data de Fabricação 30/10/2009
Data de validade 30/10/2014

PADRÃO
Lote 1077500915
Data de Fabricação 30/06/2008
Data de validade 30/06/2013

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR Lote 107751109 3.59 mg/dL 3.05 - 4.13 mg/dL	3.49 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 05/03/2010