

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K
APRESENTAÇÃO: Anticorpo 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 1077011031
Data de Fabricação 11/06/2010
Data de validade 31/10/2014

TAMPÃO
Lote 1077051016
Data de Fabricação 11/06/2010
Data de validade 31/03/2015

ANTISORO
Lote 1077041014
Data de Fabricação 11/06/2010
Data de validade 31/10/2014

PADRÃO
Lote 1077501017
Data de Fabricação 30/11/2009
Data de validade 30/11/2014

| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|-----------------|--|------------|
| TESTE FUNCIONAL | Controle PCR Lote 1077511010 3.59 mg/dL 3.05 - 4.13 mg/dL | 3.26 mg/dL |

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 22/06/2010