

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K  
APRESENTAÇÃO: Anticorpo 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

**KIT**  
Lote 1077011032  
Data de Fabricação 16/06/2010  
Data de validade 31/10/2014

**TAMPÃO**  
Lote 1077051016  
Data de Fabricação 11/06/2010  
Data de validade 31/03/2015

**ANTISORO**  
Lote 1077041014  
Data de Fabricação 11/06/2010  
Data de validade 31/10/2014

**PADRÃO**  
Lote 1077501018  
Data de Fabricação 31/03/2010  
Data de validade 31/03/2015

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR Lote 1077511010 3.59 mg/dL 3.05 - 4.13 mg/dL	3.26 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 24/06/2010