

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PCR KOVALENT

Nº DO CÓDIGO INTERNO: 4070060K
APRESENTAÇÃO: Antisoro 1x10mL+ Tampão 2x25mL + 1x1mL Padrão

KIT
Lote 107701087
Data de Fabricação 05/09/2008
Data de validade 27/02/2012

TAMPÃO
Lote 107705086
Data de Fabricação 29/08/2008
Data de validade 31/05/2013

ANTISORO
Lote 107704085
Data de Fabricação 29/08/2008
Data de validade 31/10/2012

PADRÃO
Lote 107750086
Data de Fabricação 27/02/2008
Data de validade 27/02/2012

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
TESTE FUNCIONAL	Controle PCR 3.62 mg/dL 3.08 - 4.16 mg/dL (Lote 107751083)	3.54 mg/dL

Departamento de Controle de Qualidade



Andrea A. S. Silva

Data: 09/09/2008