Kovalent

α1 – Glicoproteína Ácida Mono

Artigo	Apresentação
408005 0K	2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de α1 – Glicoproteína Ácida
408010 0K	4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de α1 – Glicoproteína Ácida

Protocolo de Automação - SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

1. Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
Reagente: Pronto para uso
Calibrador: Diluir o padrão de Proteínas 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	CREMSY	
Nombre	AGP	
Marca	Kovalent	
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/dL	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	8***	
Vol. R1 (µL)	250	
Vol. R2 (µL)	0	
T. Disp. React 2 (seg)		
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	6	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	20	
Concentration max. (mg/dL)	400	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Metodo		

Kovalent

Anti-estreptolisina O

Artigo	Apresentação
4060030K	**R1 1x25ml Tampão + R2 1x5ml Látex + 1x1 ml Padrão de Anti-estreptolisina O**
4060060K	**R1 2x25ml Tampão + R2 1x10 ml Látex + 1x1 ml Padrão de Anti-estreptolisina O**

Protocolo de Automação - SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

1. Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
Reagente: Pronto para uso
Calibrador: Diluir o padrão de Proteínas 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**
Nombre	ASL
Marca	KOVALENT
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo
L.O. Principal (nm)	578
L.O. Bicromatica (nm)	0
Unidade	UI/mL
Decimales	0
Dispensado	
Vol. Muestra (µL)	4
Vol. R1 (µL)	250
Vol. R2 (µL)	50
T. Disp. React 2 (seg)	
Índice de Deterioro de Reactivo	
Min.	-0.100
Max.	0.300
Intervalo de Verificacion (hs)	720
PAGINA FACTOR	
Método decreciente	No
Factor	No
Calibrador	Yes
Punto	4
Concentração	*
Absorbância	
Interpolacion	Spline
PAGINA VALORES DE REFERENCIA	
Edad. Min.	0 0
Edad Max.	100 100
Sexo	Masc Fem
Valor Min.	** **
Valor Max.	** **
PAGINA ESPECIALES	
Opciones del Tipo de Metodo	
T. Inicio Lecturas (seg.)	30
T. Fin. Lecturas (seg.)	300
Repetición	20
Concentration max. (mg/dL)	400
PAGINA AVANZADAS	
Gap. Deaire inicil (µL)	0
Diluicion con	Reactivo
Vel. Gap. Inicial	1200
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5
Min. Vol. de Muestra (µL)	2
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200
Vel. Asp. de Muestra	500
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000
Vel. Disp. React 2	2500
Vel. Asp. React 1	2000
Vel. Asp. React 2	2000
Lavados por interferencia	
Lavados por Auto Interferencia	0
Metodo	

Kovalent

Complemento C3

Artigo nº	Apresentação
4090030K	**R1 (Tampão) 1x25 mL + R2 (Anticorpo) 1x5 mL + 1x1 mL Padrão de C3**
4090060K	**R1 (Tampão) 2x25 mL + R2 (Anticorpo) 1x10 mL + 1x1 mL Padrão de C3**

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**	
Nombre	C3	
Marca	Kovalent	
Tipo	Ponto Final com Branco de soro	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/dL	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	2	
Vol. R1 (µL)	250	
Vol. R2 (µL)	50	
T. Disp. React 2 (seg)	60	
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	6	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	10	
Concentration max. (mg/dL)	350	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Método		

Kovalent

Complemento C4

Artigo nº	Apresentação
4100030K	R1 (Tampão) 1x25 mL + R2 (Anticorpo) 1x5 mL + 1x1 mL Padrão de C4
4100060K	R1 (Tampão) 2x25 mL + R2 (Anticorpo) 1x10 mL + 1x1 mL Padrão de C4

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	CREMSY	
Nombre	C4	
Marca	Kovalent	
Tipo	Ponto Final com Branco de soro	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/dL	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	4	
Vol. R1 (µL)	200	
Vol. R2 (µL)	40	
T. Disp. React 2 (seg)	60	
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	6	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	2	
Concentration max. (mg/dL)	122	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Metodo		

Kovalent

Fator Reumatóide

Artigo nº	Apresentações
4050030K	**R1 1x 25 mL Tampão + R2 1 x 5 mL Anticorpo + 1 x 1 mL Padrão de Fator**
4050060K	**R1 2 x 25 mL Tampão + R2 1 x 10 mL Anticorpo + 1 x 1 mL Padrão de Fator**
4050150K	**R1 5 x 25 mL Tampão + R2 1 x 25 mL Anticorpo + 1 x 1 mL Padrão de**

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**
Nombre	FR
Marca	KOVALENT
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo
L.O. Principal (nm)	340
L.O. Bicromatica (nm)	0
Unidade	UI/mL
Decimales	0
Dispensado	
Vol. Muestra (µL)	16
Vol. R1 (µL)	250
Vol. R2 (µL)	50
T. Disp. React 2 (seg)	
Índice de Deterioro de Reactivo	
Min.	-0.100
Max.	0.300
Intervalo de Verificacion (hs)	720
PAGINA FACTOR	
Método decreciente	No
Factor	No
Calibrador	Yes
Punto	4
Concentração	*
Absorbância	
Interpolacion	Spline
PAGINA VALORES DE REFERENCIA	
Edad. Min.	0 0
Edad Max.	100 100
Sexo	Masc Fem
Valor Min.	** **
Valor Max.	** **
PAGINA ESPECIALES	
Opciones del Tipo de Metodo	
T. Inicio Lecturas (seg.)	30
T. Fin. Lecturas (seg.)	300
Repetición	20
Concentration max. (mg/dL)	400
PAGINA AVANZADAS	
Gap. Deaire inicil (µL)	0
Diluicion con	Reactivo
Vel. Gap. Inicial	1200
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5
Min. Vol. de Muestra (µL)	2
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200
Vel. Asp. de Muestra	500
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000
Vel. Disp. React 2	2500
Vel. Asp. React 1	2000
Vel. Asp. React 2	2000
Lavados por interferencia	
Lavados por Auto Interferencia	0
Metodo	

Kovalent

IgA Mono

Artigo	Apresentação
4020050K	**2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de IgA**
4020100K	**4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de IgA**

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**	
Nombre	IgA	
Marca	Kovalent	
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/dL	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	4***	
Vol. R1 (µL)	250	
Vol. R2 (µL)	0	
T. Disp. React 2 (seg)		
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	6	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	20	
Concentration max. (mg/dL)	400	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Metodo		

Kovalent

IgG Mono

Artigo	Apresentação
4010050K	**2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de IgG**
4010100K	**4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de IgG**

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**	
Nombre	IgG	
Marca	Kovalent	
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/dL	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	2***	
Vol. R1 (µL)	250	
Vol. R2 (µL)	0	
T. Disp. React 2 (seg)		
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	6	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	20	
Concentration max. (mg/dL)	400	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Metodo		

Kovalent

IgM Mono

Artigo	Apresentação
4030050K	**2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de IgM**
4030100K	**4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão de IgM**

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente
Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**
Nombre	IgM
Marca	Kovalent
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo
L.O. Principal (nm)	340
L.O. Bicromatica (nm)	0
Unidade	mg/dL
Decimales	0
Dispensado	
Vol. Muestra (µL)	15***
Vol. R1 (µL)	250
Vol. R2 (µL)	0
T. Disp. React 2 (seg)	
Índice de Deterioro de Reactivo	
Min.	-0.100
Max.	0.300
Intervalo de Verificacion (hs)	720
PAGINA FACTOR	
Método decreciente	No
Factor	No
Calibrador	Yes
Punto	6
Concentração	*
Absorbância	
Interpolacion	Spline
PAGINA VALORES DE REFERENCIA	
Edad. Min.	0 0
Edad Max.	100 100
Sexo	Masc Fem
Valor Min.	** **
Valor Max.	** **
PAGINA ESPECIALES	
Opciones del Tipo de Metodo	
T. Inicio Lecturas (seg.)	30
T. Fin. Lecturas (seg.)	300
Repetición	20
Concentration max. (mg/dL)	400
PAGINA AVANZADAS	
Gap. Deaire inicil (µL)	0
Diluicion con	Reactivo
Vel. Gap. Inicial	1200
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5
Min. Vol. de Muestra (µL)	2
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200
Vel. Asp. de Muestra	500
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000
Vel. Disp. React 2	2500
Vel. Asp. React 1	2000
Vel. Asp. React 2	2000
Lavados por interferencia	
Lavados por Auto Interferencia	0
Metodo	

Kovalent

Microalbuminúria

Artigo nº	Apresentação
4040030K	R1 (Tampão) 1x25 mL + R2 (Anticorpo) 1x5 mL + 1x1 mL Padrão
4040060K	R1 (Tampão) 2x25 mL + R2 (Anticorpo) 1x10 mL + 1x1 mL

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	CREMSY	
Nombre	MAL	
Marca	KOVALENT	
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/L	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	6	
Vol. R1 (µL)	250	
Vol. R2 (µL)	50	
T. Disp. React 2 (seg)		
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	4	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	20	
Concentration max. (mg/dL)	400	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Metodo		

Kovalent

Proteína C-Reativa

Artigo	Apresentação
4070030K	**R1 1 x 25 mL (Tampão) + R2 1 x 5 mL (Anticorpo) + 1 x 1 mL Padrão de PCR**
4070060K	**R1 2 x 25 mL (Tampão) + R2 1 x 10 mL (Anticorpo) + 1 x 1 mL Padrão de PCR**

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	**CREMSY**
Nombre	PCR
Marca	KOVALENT
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo
L.O. Principal (nm)	340
L.O. Bicromatica (nm)	0
Unidade	mg/dL
Decimales	0
Dispensado	
Vol. Muestra (µL)	16
Vol. R1 (µL)	250
Vol. R2 (µL)	50
T. Disp. React 2 (seg)	
Índice de Deterioro de Reactivo	
Min.	-0.100
Max.	0.300
Intervalo de Verificacion (hs)	720
PAGINA FACTOR	
Método decreciente	No
Factor	No
Calibrador	Yes
Punto	4
Concentração	*
Absorbância	
Interpolacion	Spline
PAGINA VALORES DE REFERENCIA	
Edad. Min.	0 0
Edad Max.	100 100
Sexo	Masc Fem
Valor Min.	** **
Valor Max.	** **
PAGINA ESPECIALES	
Opciones del Tipo de Metodo	
T. Inicio Lecturas (seg.)	30
T. Fin. Lecturas (seg.)	300
Repetición	20
Concentration max. (mg/dL)	400
PAGINA AVANZADAS	
Gap. Deaire inicil (µL)	0
Diluicion con	Reactivo
Vel. Gap. Inicial	1200
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5
Min. Vol. de Muestra (µL)	2
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200
Vel. Asp. de Muestra	500
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000
Vel. Disp. React 2	2500
Vel. Asp. React 1	2000
Vel. Asp. React 2	2000
Lavados por interferencia	
Lavados por Auto Interferencia	0
Metodo	

Kovalent

Transferrina Monoreagente

Artigo nº	Apresentações
4110025K	R 1x25 ml + 1x1 ml Padrão de Transferrina
4110050K	R 2x25 ml + 1x1 ml Padrão de Transferrina
4110100K	R 4x25 ml + 1x1 ml Padrão de Transferrina

Protocolo de Automação – SYNERMED SOLUTION 300 - LABMAX PLENNO

Preparação do Reagente

Amostra: Pronto para uso
Reagentes: Pronto para uso
Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Notas:

1. Por favor, recorra a bula do produto para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Relevância clínica
Método e Princípio
Composição e Estabilidade dos Reagentes
Amostras
Calibradores e Controles
Desempenho e Características considerando:
- Faixa de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão (Reprodutibilidade, Repetibilidade)
- Comparação de método
- Valores de referência
- Literatura

2. A estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos um mês contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação.

3. Fabricado por:
Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristovão Sardinha, 110
Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

PAGINA GENERAL	CREMSY	
Nombre	TRF	
Marca	Kovalent	
Tipo	Ponto Final com Blanco de reactivo	
L.O. Principal (nm)	340	
L.O. Bicromatica (nm)	0	
Unidade	mg/dL	
Decimales	0	
Dispensado		
Vol. Muestra (µL)	4***	
Vol. R1 (µL)	250	
Vol. R2 (µL)	0	
T. Disp. React 2 (seg)		
Índice de Deterioro de Reactivo		
Min.	-0.100	
Max.	0.300	
Intervalo de Verificacion (hs)	720	
PAGINA FACTOR		
Método decreciente	No	
Factor	No	
Calibrador	Yes	
Punto	6	
Concentração	*	
Absorbância		
Interpolacion	Spline	
PAGINA VALORES DE REFERENCIA		
Edad. Min.	0	0
Edad Max.	100	100
Sexo	Masc	Fem
Valor Min.	**	**
Valor Max.	**	**
PAGINA ESPECIALES		
Opciones del Tipo de Metodo		
T. Inicio Lecturas (seg.)	30	
T. Fin. Lecturas (seg.)	300	
Repetición	20	
Concentration max. (mg/dL)	400	
PAGINA AVANZADAS		
Gap. Deaire inicil (µL)	0	
Diluicion con	Reactivo	
Vel. Gap. Inicial	1200	
Gap. Separacion React/Suero (µL)	5	
Min. Vol. de Muestra (µL)	2	
Vel. Gap. Sep. React/Suero	1200	
Vel. Asp. de Muestra	500	
Vel. Disp. React 1 + Muestra	3000	
Vel. Disp. React 2	2500	
Vel. Asp. React 1	2000	
Vel. Asp. React 2	2000	
Lavados por interferencia		
Lavados por Auto Interferencia	0	
Metodo		